



แบบบันทึกการทวนสอบแคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter)

วันที่ทวนสอบ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-16.00 น. หน่วยงานทดสอบ ฝ่ายบริการต่อการศึกษา

รายการแคลมป์มิเตอร์ (Clam Meter) ทดสอบ ตัวที่ 2 บริการใส่ตะกั่วปรอทอาคารเรียนรวม

ตารางบันทึกการทวนสอบแคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter)

ลงชื่อ.....ผู้ทวนสอบ
(พ.ศ. ๒๕๖๓ คัดค้าน)
ตำแหน่ง พนักงานบริษัทเอกชน
หน่วยงาน กรุงเทพมหานคร และสำนักงานศึกษา

เลขที่..... ผู้รับรอง.....
 ลงชื่อ.....
 (ศาสตราจารย์ ดร. เอ็มมา มอนต์)
 ตำแหน่ง นักเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 หน่วยงาน สำนักบริหารงานคอมพิวเตอร์

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี		แบบบันทึกการทวนสอบแคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter)				
วันที่ทวนสอบ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-16.00 น. หน่วยงานทดสอบ ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา						
รายการแคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter) ที่ทวนสอบ ตัวที่ 2 บริการ โสตทัศนศึกษาอาคารเรียนรวม						
ตารางบันทึกการทวนสอบแคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter)						
ลำดับที่	รายการวัดค่า	ค่าการวัด		% ค่าผิดพลาด	ผลการทวนสอบ	หมายเหตุ
		ตัวอ้างอิง	ตัวทวนสอบ			
		ยี่ห้อ FLUKE รุ่น 376FC	ยี่ห้อ UNI-T รุ่น 204+			
1	การไหลของไฟฟ้ากระแสสลับ (หน่วยเป็น Amp)	5	4.98	0.4	ผ่าน	ค่าผิดพลาด ต้องไม่เกิน 3% ถือว่าผ่าน
2	การไหลของไฟฟ้ากระแสสลับ (หน่วยเป็น Amp)	10	9.923	0.77	ผ่าน	
3	การไหลของไฟฟ้ากระแสสลับ (หน่วยเป็น Amp)	20	19.65	1.75	ผ่าน	
4	การไหลของไฟฟ้ากระแสตรง (หน่วยเป็น Amp)	1	1.01	-1	ผ่าน	
5	การไหลของไฟฟ้ากระแสตรง (หน่วยเป็น Amp)	2	2.003	-0.15	ผ่าน	
6	การไหลของไฟฟ้ากระแสตรง (หน่วยเป็น Amp)	5	4.93	1.4	ผ่าน	

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง
(นายพรช อิ่มสงวนวงศ์)
ตำแหน่ง ผอ.เทคโนโลยีสุรนารี
หน่วยงาน สำนักบริหารกลาง/คลังเอกสาร

ลงชื่อ.....ผู้ทวนสอบ
(นายพนธ์ สักดักเพ็ง)
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์/ศูนย์บริการ
หน่วยงาน สำนักบริหารกลาง/คลังเอกสาร

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี		แบบบันทึกการทวนสอบแคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter)					
วันที่ทวนสอบ 8 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-16.00 น. หน่วยงานทดสอบ ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา							
รายการแคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter) ที่ทวนสอบ ตัวที่ 2 บริการ โสตทัศนูปกรณ์อาคารเรียนรวม							
ตารางบันทึกการทวนสอบแคลมป์มิเตอร์ (Clamp Meter)							
ลำดับที่	รายการวัดค่า	ค่าการวัด			% ค่าผิดพลาด	ผลการทวนสอบ	หมายเหตุ
		ตัวอ้างอิง	ตัวทวนสอบ				
			ยี่ห้อ FLUKE รุ่น 376FC	ยี่ห้อ UNI-T รุ่น 204+			
1	ความต้านทาน ไฟฟ้า (หน่วยเป็น Ohm)	27	27	0	ผ่าน	ค่าผิดพลาด ต้องไม่เกิน 3% ถือว่าผ่าน	
2	ความต้านทาน ไฟฟ้า (หน่วยเป็น Ohm)	100	98.2	1.8	ผ่าน		
3	ความต้านทาน ไฟฟ้า (หน่วยเป็น Ohm)	500	493	1.4	ผ่าน		
4	ความต้านทาน ไฟฟ้า (หน่วยเป็น Ohm)	680	672	1.176470588	ผ่าน		
5	ความต้านทาน ไฟฟ้า (หน่วยเป็น Ohm)	1000	995	0.5	ผ่าน		
6	ความต้านทาน ไฟฟ้า (หน่วยเป็น Ohm)	22000	21920	0.363636364	ผ่าน		

ลงชื่อ.....ผู้ทวนสอบ

(.....ศาสตราจารย์ ดร.ศิริศักดิ์ เกียรติภานุวงศ์.....)

ตำแหน่ง.....คณบดีคณะเทคโนโลยีสุรนารี.....

หน่วยงาน.....ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา.....

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(.....ศาสตราจารย์ ดร.เจษฎาภรณ์ ผลดี.....)

ตำแหน่ง.....คณบดีคณะเทคโนโลยีสุรนารี.....

หน่วยงาน.....ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา.....